filmer

Konformitätserklärung

in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 6789-1: 2017

Für folgendes Gerät:

Produkt:	Drehmomentschlüssel	**Marke**:	FILMER
Typenbezeichnung:	21.014	**Seriennummer:**	001-112135768
Drehmomentbereich:	40-210 N m	**Direction(s) of operation:**	CW
Zubehör:	N/A	21.014 17+19+21 mm Stecknuss 125 mm Verlängerung	√

Typenbezeichnung des Drehmomentmessgerätes:	PB6036-1
Seriennummer des Drehmomentmessgeräts:	RM001
Maximaler Messfehler des Drehmomentmessgerätes:	<=+\- 0.002 % K=2
Messunsicherheitsintervall des Drehmomentmessgerätes:	<=+\- 1.0 %

Der Messfehler der Drehmomentmesseinrichtung beträgt weniger als 1/4 der maximal zulässigen relativen Abweichung des Drehmomentwerkzeugs.

Umgebungstemperatur:	**25.8°C**	**Luftfeuchtigkeit:**	**58%**
Datum der Messung:	**20201120**	**Maximal zulässige relative Abweichung:**	**+/- 4%**
	Minimum:	**60%**	**100%**
Zieldrehmoment:	**40**	**120**	**210**
Gemessener Wert 1:	**40.43**	**120.31**	**211.12**
Gemessener Wert 2:	**39.66**	**121.57**	**207.97**
Gemessener Wert 3:	**40.51**	**118.81**	**209.47**
Gemessener Wert 4:	**39.59**	**121.05**	**208.26**
Gemessener Wert 5:	**39.79**	**118.95**	**211.13**

Inverkehrbringer:	Diedrich Filmer GmbH		
Adresse:	Jeringhaver Gast 5 • D - 26316 Varel		
Verantwortliche Person dieser Messung	Yefeng Sun		
Unterschrift:		**Datum:**	09.02.22

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5 • D-26316 Varel
Telefon +49 (0)4451 1209-0
Fax +49 (0)4451 1209-55
E-Mail info@filmer.de
Web www.filmer.de

Die beobachteten Werte liegen innerhalb der maximal zulässigen relativen Abweichung gemäß EN ISO 6789-1: 2017.